

Numer dokumentu ER5-1883

**DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE**

wydana na wyłączną odpowiedzialność producenta

Producent: **APLISENS S.A.**,  
**ul. Morelowa 7, 03-192 Warszawa**

Deklaruję z pełną odpowiedzialnością, że:

Regulatory dwustanowe poziomu typu: **ERH-xx-20/x/x/x-x-x/Ex**  
we wszystkich wykonaniach są zgodne z wymaganiami dyrektyw:

- **LVD – 2014/35/UE** z dnia 26 lutego 2014

Do oceny zastosowano normę: PN-EN 61010-1:2011; PN-EN 60529:2003.

- **ROHS – 2011/65/UE** z dnia 8 czerwca 2011

Do oceny zastosowano normę: PN-EN 50581 :2013.

- **ATEX – 2014/34/UE** z dnia 26 lutego 2014

Regulatory w wykonaniu Ex mają na tabliczce oznaczenie i nr certyfikatu:

 II 2G Ex db IIC T3...T6 Gb  
OBAC 17 ATEX 0144X

Certyfikat (moduł B) został wydany przez jednostkę notyfikowaną nr 1461, Ośrodek Badań Atestacyjnych i Certyfikacji OBAC Sp. Z o.o.

Do oceny zastosowano normy: PN-EN 60079-0:2013; PN-EN 60079-1:2014.

Powiadomienie o zapewnieniu jakości (moduł D) zostało wydane przez jednostkę notyfikowaną nr 1453, Główny Instytut Górnictwa, 40-166 Katowice, Plac Gwarków 1.

- **Certyfikaty morskie**

- **DNV - Det Norske Veritas** nr TAA000007V Revision No:1

Ostrów Wielkopolski, 27 kwietnia 2021

Sebastian Moch  
DYREKTOR APLISENS S.A  
ODDZIAŁ W OSTROWIE WIELKOPOLSKIM